

CS Cévka pro zavádění kyslíku nosní cestou CK-472

CE 1014

Katalogové č.:	V646956-ND
Typ výrobku:	zdravotnický prostředek
Provedení:	sterilní, sterilizace ethylenoxidem
Cílový pacient:	populace pediatrických nebo dospělých pacientů
Určený uživatel:	zdravotnický personál nebo domácí uživatel (laická osoba) se znalostmi a praktickými zkušenostmi zaměřenými na tento zdravotnický prostředek.
Použité materiály:	PVC, PP,
Kompatibilita:	Se stupňovitým (step) konektorem kyslíkového zařízení. CK-472 není určena k podávání liečiv.
Kontraindikace:	Nepoužívejte u pacientů, u nichž je známá alergická reakce na některý z materiálů výrobku.
Nežádoucí účinky:	Pokud je set používán v souladu s pokyny uvedenými v oddílu Upozornění a Použití, nejsou nežádoucí reakce známy.
Upozornění:	Nepoužívejte, pokud je sterilní obal otevřen nebo poškozen. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Opakovánou použití nebo opakována sterilizace představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Výrobky musí být skladovány v suchém, větrném, bezprašném, temném prostředí bez přímého slunečního záření tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Výrobky musí být skladovány v obalu, ve kterém jsou dodávány výrobcem. Skladovací teplota musí být +5°C až +25°C a relativní vlhkost vzduchu max. do 75%.

Určený účel k použití

Cévka je určena pro zavádění kyslíku při terapii dospělých osob a větších dětí.

Návod k použití

1. Skontrolujte typové označení cévky, dobu použitelnosti na obalu, a zda není obal poškozen.
2. Za aseptických podmínek vyjměte cévku z obalu.
3. Nosní vývody zavěďte do nosních otvorů.
4. Bílé obroučky nasadte za ušní boltec (jako brýle).
5. Koncovku připojte na kyslíkový přístroj.
6. Cévka je připravena ke kyslíkové terapii.

POSTUP PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI ZP PO POUŽITÍ:

ZP uložit do modrého PE pytle určeného pro nebezpečný – infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, místem vzniku, datem a podpisem odpovědné osoby) po naplnění pevně uzavřít a bezpečně transportovat do spalovny = dekontaminační zařízení. Odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace. Třídění odpadů se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému místnímu orgánu.

Značky použité na obalu

REF	Katalogové číslo		Chránit před vlhkem	LOT	Číslo šarže		Výrobce
	Použití do data		Omezení teplot		Čtěte návod k použití		Sterilizováno ethylenoxidem
	Apyrogenní		Chránit před slunečním zářením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívat opětovně		Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno		Zdravotnický prostředek
	Datum výroby						

Návod je k dispozici také v elektronické podobě na stránkách www.gama.cz. Bezplatné poskytnutí dalších kopií je možné na vyžádání prostřednictvím e-mailu: prodej@gama.cz.

 GAMA GROUP a.s., závod Jimramov – 592 42 Jimramov
Sídlo spoločnosti GAMA GROUP a.s., Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 45797463, www.gama.cz

SK Cievka pre zavádzanie kyslíka nosovou cestou CK-472

Katalógové č.:	V646956-ND
Typ výrobku:	zdravotnícka pomôcka
Provedenie:	sterilné, sterilizácia etylénoxidom
Cieľový pacient:	populácia pediatrických alebo dospelých pacientov
Určený používateľ:	zdravotnícky personál alebo domáce užívateľ (laická osoba) so znalosťami a praktickými skúsenosťami zameranými na tento zdravotnícky prostriedok.
Použité materiály:	PVC, PP
Kompatibilita:	So stupňovitým (step) konektorom kyslíkového zariadenia. CK-472 nie je určená na podávanie liečiv.
Kontraindikácie:	Nepoužívať u pacientov, u ktorých je známá alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku.
Nežádúce účinky:	Pokiaľ sa supráva používa v súlade s pokynmi uvedenými v oddíle Upozornenia a Použitie, nie sú nežiaduce reakcie známe.
Upozornenie:	Nepoužívať, pokiaľ je sterilný obal otvorený alebo poškodený. Nepoužívať po dátume expirácie. Opakovane používanie alebo opakována sterilizácia predstavuje pre pacienta alebo používateľa potenciálne riziko. Môže dojsť ku kontaminácii alebo narušeniu funkčnosti, což môže zapríčiniť zranenie, ochorenie, prípadne smrt pacienta.
Skladovanie:	Výrobky musia byť skladované v suchom, vetranom, bezprašnom, temnom prostredí bez priameho slnečného žiarenia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a deformácii. Výrobky musia byť skladované v obale, v ktorom sú dodávané výrobcom. Skladovacia teplota musí byť +5 °C až +25 °C a relativná vlhkosť vzduchu max. do 75 %.

Určený účel použitia

Cievka je určená na zavádzanie kyslíka pri terapii dospelých osôb a väčších detí.

Návod k použití

1. Skontrolujte typové označenie cievky, dobu použiteľnosti na obale a či nie je obal poškodený.
2. Za aseptických podmienok vyberte cievku z obalu.
3. Nosné vývody zaviedte do nosných otvorov.
4. Biela obroučky nasadte za ušné lačôčky (ako okuliare).
5. Koncovku pripojte na kyslíkový prístroj.
6. Cievka je pripravená na kyslíkovú terapiu.

POSTUP PRE BEZPEČNÚ LIKVIDÁCIU ZP PO POUŽITÍ:

ZP uložiť do modrého PE vreca určeného pre nebezpečný – infekční odpad. Označený vrece (kódem odpadu, místem vzniku, dátumom a podpisem zodpovednej osoby) po naplnení pevně uzavriť a bezpečne transportovať do spalovny = dekontaminačné zariadenie. Odstranenie nebezpečné vlastnosti infekčnosti sa rozumie prevedenie řadnej dekontaminácie. Triedenie odpadov sa vykonáva podľa prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽOV: Akákolvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mala byť hlásená výrobcovia a príslušnému mestskemu orgánu.

Značky použité na obale

REF	Katalógové číslo		Chránit pred vlhkem	LOT	Číslo šarže		Výrobca
	Použití do dátumu		Obmedzenie teploty		Čítajte návod na použitie		Sterilizováno ethylénoxidom
	Apyrogenní		Chránit pred slnečným žiarením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívať opäťovne		Nepoužívať, ak je balenie poškodené		Zdravotnícka pomôcka
	Dátum výroby						

Návod je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránkach www.gama.cz. Bezplatné poskytnutie ďalších kopií je možné na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: prodej@gama.cz.

EN

Nasal oxygen introduction catheter CK-472



Catalogue No.:	V646956-ND
Product type:	medical device
Design:	sterile, ethylene oxide sterilization
Target patient:	population of pediatric or adult patients
Designated user:	medical personnel or home user (lay person) with knowledge and practical experience of the medical device.
Materials used:	PVC, PP
Compatibility:	With gradual (step) connector of oxygen appliance. CK-472 is not intended for drug delivery.
Contraindication:	Do not use on any patient with a known allergic reaction to any of the product components.
Adverse effects:	No adverse effects are known if the set is used in accordance with the instructions specified in the Warning and Use sections.
Warning:	<p>Do not use if the sterile packing is opened or damaged. Do not use after the expiry date.</p> <p>Repeated use or repeated sterilization creates a potential risk of patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability, may lead to injury, illness or death of the patient.</p>
Storage:	<p>The products should be stored in dry, ventilated, dust-free and dark rooms without direct sunlight to avoid their damage and deformation.</p> <p>Products must be stored in the packaging as delivered by the producer. Products must be stored at temperatures from +5°C to +25°C and the relative air humidity is max. 75%.</p>

Intended use

The catheter is intended to introduce oxygen during adult and older children treatment.

Instruction for use

- Check the type labelling of the catheter, usable life on the package and the package for damages.
- Take the catheter out of the packaging under aseptic condition.
- Insert nasals ducts into nasal openings.
- Put white sleeve pieces on ears (like glasses).
- Connect the ending to the breathing apparatus.
- The catheter is ready for oxygen treatment.

PROCEDURE FOR SAFE DISPOSAL OF MEDICAL DEVICES AFTER USE:

Put the medical device in a blue PE bag intended for hazardous - infectious waste. After filling, seal the labeled bag (waste code, place of origin, date and signature of the responsible person) and transport it safely to the incinerator = decontamination device. Removal of the dangerous property of infectivity means proper decontamination. Waste sorting is carried out according to the operating rules of the medical facility.

NOTE TO USERS: Any serious adverse event occurring in relation to the device in question should be reported to the manufacturer and the competent local authority.

Used symbols on packaging

REF	Catalogue Number		Keep away from Rain	LOT	Batch Number		Manufacturer
	Use by / Expiry date		Temperature Limitation		Read instructions for use		Sterilised by Ethylene Oxide
	Pyrogen free		Keep away from sunlight		Latex free product		Does not contain DEHP phthalate
	Do not Resterilize		For single use only		Do not use if unit package is damaged		Medical Device
	Date of Manufacture						

The instruction for use is also available in electronic form at www.gama.cz. Free copies of other copies are available on request via e-mail: sales@gama.cz.

 GAMA GROUP a.s., Betrieb Jimramov – 592 42 Jimramov
Sitz der Gesellschaft GAMA GROUP a.s., Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, Tschechische Republik, Id.Nr.: 45797463, www.gama.cz

DE

Nasenweg – Sauerstoffkatheter CK-472

Katalognummer:	V646956-ND
Produkttyp:	Medizinprodukten
Ausführung:	steril, mit Ethylenoxid sterilisiert
Zielpatient:	Population von pädiatrischen oder erwachsenen Patienten
Zielanwender:	medizinisches Personal oder Heimanwender (Laie) mit Kenntnissen und praktischen Erfahrungen des Medizinprodukts.
Verwendete Werkstoffe:	PVC, PP
Kompatibilität:	Mit stufenartigem (step) Verbindungsstecker des Sauerstoffgerätes. CK-472 ist nicht für die Medikamentenabgabe vorgesehen
Kontraindikationen:	Nicht bei Patienten zu verwenden, bei denen Allergien gegen einen der Produktbestandteile bekannt ist.
Unerwünschte Wirkungen:	Wenn Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Abschnitt Hinweis und Anwendungsanleitung verwendet wird, sind keine unerwünschten Reaktionen bekannt.
Hinweis:	Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung offen oder beschädigt ist, oder wenn die Schutzkappen abgefallen sind.. Verwenden Sie nicht nach Verfallsdatum nicht verwendet werden. Die wiederverwendung oder wiederholte Sterilisation stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Anwender dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.
Lagerung:	Die Produkte sollen in trockenen, gut belüfteten, staubfreien und dunklen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um ihre Schäden und Verformungen zu vermeiden. Die Produkte müssen in der vom Hersteller mitgelieferten Verpackung gelagert werden. Die Lagerungstemperatur muss im Bereich +5°C bis +25°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss max. bis 75% sein.

Anwendungsziel

Der Katheter ist zur Sauerstoffeinführung bei der Therapie von Erwachsenen und größeren Kindern bestimmt.

Anwendungsanleitung

- Überprüfen Sie die Typenbezeichnung des Katheters, die Verwendbarkeit auf der Verpackung, und die Unversehrtheit der Verpackung.
- Nehmen Sie den Katheter aus der Verpackung heraus unter aseptischen Bedingungen.
- Die Nasenaufführungen führen Sie in die Nasenlöcher ein.
- Weißes Gestell setzen Sie hinter die Ohrmuscheln ein (wie bei den Brillen).
- Schließen Sie das Endstück an das Sauerstoffgerät an.
- Der Katheter ist für die Sauerstofftherapie vorbereitet.

VERFAHREN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN NACH GEBRAUCH:

Legen Sie das Medizinprodukt in einen blauen PE-Beutel für gefährliche - infektiöse Abfälle. Verschließen Sie den etikettierten Beutel (Abfallcode, Herkunftscode, Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person) nach dem Befüllen und transportieren Sie ihn sicher zur Verbrennungsanlage = Dekontaminationsvorrichtung. Die Entfernung der gefährlichen Eigenschaft der Infektiosität bedeutet eine ordnungsgemäßige Dekontamination. Die Abfallsortierung erfolgt nach den Betriebsregeln der medizinischen Einrichtung.

HINWEIS FÜR BENUTZER: Jedes schwerwiegende unerwünschte Ereignis in Bezug auf das betreffende Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Behörde zu melden.

Symbolen auf der Verpackung

REF	Produkt-Referenznummer		Vor Regen schützen	LOT	Chargennummer		Hergestellt in
	Verbrauchenbis/Datum des Verbrauchs		Temperaturbegrenzung		Siehe Gebrauchsanweisung		Mit Ethylenoxid sterilisiert
	Ohne Pyrogen		Vor Sonnenlicht schützen		Ohne latex		Ohne Phthalat DEHP
	Nicht wieder sterilisieren		Zur einmaligen Verwendung		Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist.		Medizinprodukten
	Herstellungsdatum						

Das Gebrauchsanweisung ist auch in elektronischer Form unter www.gama.cz verfügbar. Kostenlose Exemplare anderer Exemplare sind auf Anfrage per E-Mail erhältlich: sales@gama.cz.